

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1)

a NAH-2-0340/2023 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

- 1) Az akkreditált szervezet neve és címe:

SCHEEN Mérnökiroda Kft.

KALIBRÁLÓ LABOR

1086 Budapest, Koszorú u. 30.

- 2) Akkreditálási szabvány:

MSZ EN ISO/IEC 17025:2018

- 3) Akkreditálási kategória:

kalibrálólaboratórium

- 4) Az akkreditált státusz érvényessége:

Az akkreditált státusz kezdetének napja: **2023. szeptember 14.**

Az akkreditált státusz lejáratának napja: **2028. szeptember 14.**

- 5) Az akkreditált terület:

I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi kalibrálási szolgáltatások:

	Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése	Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány	Kalibrálási és mérési képesség ($k=2$)	A kalibrálási eljárás azonosítója
Hőmérséklet-általános (HŐM-1)				
1.	Hőmérséklet adattároló K típus	-200 °C...+1370 °C	0,24...0,47 °C	KE-01-2023
2.	Hőmérséklet adattároló N típus	-100 °C...+1300 °C	0,22...0,29 °C	KE-01-2023
3.	Hőmérséklet adattároló J típus	0 °C...+800 °C	0,20...0,21 °C	KE-01-2023

Megjegyzés: A KMK hőmérsékletfüggő, táblázatos formában meg van adva.

Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el
(www.nah.gov.hu/hu/kategoriak).

- VÉGE -

Rippel Endre

Nemzeti Akkreditáló Hatóság
elnökhelyettes